



Nemocnice Prachatice
Nebahovská 1015
383 20 Prachatice

Žádost o dodatečné informace

Datum: 22.5.2015

Pavel Rataj

Dobrý den,

Rád bych Vás požádal o dodatečné informace k zadávacímu řízení "Dodávka a instalace operačního stolu s příslušenstvím pro centrální operační sály Nemocnice Prachatice, a.s."

Dotazy:

- Chápu správně že zadavatel specifikací požaduje stůl s výměnou pracovní deskou?
- Chápu správně že zadavatel požaduje elektricky ovládaný stůl nikoliv hydraulický?
- Chápu správně že požadavkem "Extenzní nástavce DK - uhlíková" má zadavatel na mysli systém Extenzí pro dolní končetiny s opěrkou pod hýždě a základními rameny v provedení s uhlíkových vláken tak jak je dnes technicky obvykle řešené?

V části 1B Technická specifikace:

- bodě 4 požaduje zadavatel možnosti mechanického ovládání stolu a jeho segmentů pomocí hydraulických pístů.
- V případě že nabízený stůl je elektrický bude se mít za to že splňuje tento bod i bez použití hydraulických pístů ?

Děkuji Pavel Rataj



Firma Mediset - Chironax s.r.o. ujišťuje, že na výrobky uvedené v této nabídce bylo vydáno prohlášení o shodě, a že splnila ohlašovací povinnosti v souladu se zák. 123/2000 Sb. včetně souvisejících změn a doplňků.

IČO: 48200417, DIČ: CZ48200417, Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice, číslo účtu 0012209493/0300,
Firma je zapsána v obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl C, vložka 2429, datum registrace 16.12.1992.
Firma je registrována u firmy EKO-KOM, a.s., pod registračním číslem EK-F00024621